

	AIR AID SLEEP	THERAMON	DENTITRAC
Wymiary [mm]	12 x 8 x 4,5	12 x 8 x 4,5	10,5 x 8,5 x 4
Waga [g]	0,4	0,4	0,5
Odczyt danych	fale radiowe	fale radiowe	podczerwień
Zakres mierzonych temperatur [°C]	-25/60	-25/60	33/39,2
Temperatura aktywująca czujnik	31,5/38,5	31,5/38,5	33/39,2
Dokładność mierzonej temperatury [°C]	0,1	0,1	0,1
Przedział czasowy pobierania danych [min]	5	15	5
Maksymalna liczba dni przetrzymywania danych	100	100	180
System wykrywający oszustwo	tak	tak	tak
Monitorowanie położenia głowy	–	–	tak
Urządzenie do odczytu danych dla lekarza	tak	tak	tak
Czas przenoszenia danych [min]	1	1	1
Czas użytkowania baterii [miesiące]	18	18	18